


注入栄養には 経鼻チューブであってても胃瘻であってても、 旧規格も新規格もつかえます！

2023年11月作成


ミキサー食の注入を応援しています



- ・新規格の断面積比は、旧規格の0.53倍です
- ・新規格はねじ式、旧規格は差し込み式です
- ・旧規格シリンジは採液デバイスがいらず、変換コネクタがあれば新規格胃ろう接続チューブでも使用できます
- ・変換コネクタがあれば、新規格導入病院に入院時も困りません
- ・2023.10.10厚労省よりコネクタに関する3回目の通知がでました

注入でお困りではありませんか？



脱気や前吸引がしづらい / ミキサー食が吸いづらい / ねじが大変



テルモ、ニプロ、JMS、TOPの4社はすべて旧シリンジの製造を続けています

TOPは旧規格NGチューブ/栄養セットの製造を続けています

旧規格が供給継続される製品（社名は五十音順）
（2023年11月現在）



重症心身障害学会経腸コネクタ特別プロジェクトチーム

お困りのことがあれば、ご連絡ください 〒525-0072滋賀県草津市笠山8丁目3番113号
連絡先：びわこ学園医療福祉センター草津 TEL (077)566-0701 FAX (077)566-0308
担当 永江彰子 E-mail: kusatuscenter@biwakogakuen.or.jp

